



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
RUMAH SAKIT

Jl. Majapahit No.62 Mataram 83125, No. Telepon : 081775165995
Website: www.rs.unram.ac.id Email: rsum@unram.ac.id

Nomor : 892 /UN.18/RS/YM/TU/2022

Mataram, 13 Mei 2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Penggantian *Board Infant Warmer*

Kepada

Yth. Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram

di -

Mataram

Dengan hormat,

Melaui surat ini kami menyampaikan bahwa board pada alat *Infant Warmer* di Unit VK Rumah Sakit Universitas Mataram mengalami kerusakan pada bagian *mainboard* rangkaian, sehingga diperlukan penggantian *mainboard* rangkaian *Infant Warmer* di Unit VK tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Komponen	Merk/Type	Jumlah	Keterangan
1	Mainboard Infant Warmer	Poly Medical P.023 IW	1 buah	Alat tidak dapat berfungsi dan tidak dapat menyala

Beserta surat ini kami lampirkan penawaran penggantian *Mainboard Infant Warmer* dari PT Indofarma Global Medika.

Besar harapan kami untuk bisa ditindak lanjuti agar pelayanan di NICU berjalan dengan lancar. Demikian Surat Permohonan ini Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis,

dr. Adnanto Wiweko, MARS
NIP. 1979 0312 200501 1 001



Mataram , 12 Mei 2022

Kepada YTH
Bapak / Ibu Pimpinan
RS Universitas Mataram
Di tempat

Hal : Penawaran Harga Produk Alat Kesehatan

Dengan hormat,

Melalui surat ini, Kami dari PT. Indofarma Global Medika bermaksud menawarkan produk alat kesehatan kami sebagai berikut :

No	Produk	Harga sudah PPN	Keterangan
1	Penggantian Minboard Infant Warmer	Rp. 6.771.000	Reguler

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

- * Harga & Spesifikasi Sewaktu-waktu Dapat Berubah tanpa Pemberitahuan
- * Harga Sudah Termasuk Ongkos Kirim

Demikian surat penawaran harga ini kami buat, semoga produk yang kami tawarkan masuk dalam spesifikasi kebutuhan Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Diajukan Oleh
PT. Indofarma Global Medika

Rudy Andy Wijaya
Kepala Cabang Mataram
Hp : +62 817-363-146